

MEDITECH, s.r.o.
Svatopetrská 7
617 00 Brno / ČR
Tel.: 545422911
Fax: 545422916
DIČ: CZ60707992
E-mail: servis@meditech.cz

Zápis v OR: Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, věžka 15318

MEDITECH®

S.R.O.

Prodej a servis lékařské techniky

OPRAVENKA č. 07/00816

Servisní středisko Meditech, s.r.o.

Organizace: NsP
Zastoupená: paní Cabáková
Oddělení: Technické odd.
Purkyňovo nám. 2
674 35 Třebíč

Telefon: 568 809 328
Vaše obj.: OV07001417

COS


Typ: Přístroje Kamera CA40
Sériové číslo: m. 1994, m. č. 6094
Příslušenství: kabel s kamerovou hlavou
Závada: Poškozený kabel u kamerové hlavy, mechanicky poškozená řídicí jednotka
Typ opravy: Pozáruční oprava

Datum převzetí: 10.07.2007

Provedené služby: *Vzhledem k rozsahu poškození přístroje a jeho stáří doporučujeme, přístroj neopravovat a vyřadit z používání. Vráceno bez opravy.*


Přijímající potvrzuje svým podpisem převzetí uvedených služeb od Meditech, s.r.o.. Tento protokol byl vyhotoven ve dvou výtiscích.

V Brně dne 10.07.2007 .


Ing. Dušan Brzobohatý

Podpis a razítko
předávajícího

NEMOCNICE TŘEBÍČ, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 2, 674 01 Třebíč
IČ: 00839396
č. ú.: 12338-711/0100 32


Podpis a razítko
přebírajícího

MEDITECH®
Svatopetrská 7, Brno
DIČ: CZ60707992

MEDITECH, s.r.o.
Svatopetrská 7
617 00 Brno / ČR
Tel.: 545422911
Fax: 545422916
DIČ: CZ60707992
E-mail: servis@meditech.cz
zápis v OR: Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, voška 15318

MEDITECH®

s.r.o.
Prodej a servis lékařské techniky

Servisní protokol č. 07/00816

Typ opravy: Pozáruční oprava Obj. číslo: OV07001417

Zařízení: Meditronie
Typ: Přístroje Kamera CA40
Příslušenství: kabel s kamerovou hlavou

f.o. 1994

inv. č. 6097

Zákazník: NSP, paní Cabáková
Oddělení: Technické odd.
Adresa: Purkyňovo nám. 2
674 35 Třebíč
Telefon: 568 809 328
Fax:

Přístroj - zařízení:

Výrobní číslo:
Závada: Poškozený kabel u kamerové hlavy, mechanicky poškozená řídicí jednotka

Popis:	Množství / Popis	Cena / jedn.	Celkem
Počet odprac. hodin			
Výkony			
Počet ujetých km			
Spotřebovaný materiál:			
Ostatní náklady:			
Cena celkem bez DPH v Kč:			0
			0

Provedené služby: Vzhledem k rozsahu poškození přístroje a jeho stáří doporučujeme, přístroj neopravovat a vyřadit z používání. Nabídka na přístroj podobného typu je přiložena.

Převzato do opravy dne: 02.05.2007
Odesláno z opravy dne:

Dušan Blzobonaty
Ing. Dušan Blzobonaty

Technik:

MEDITECH® s.r.o.
Svatopetrská 7, Brno
DIČ: CZ60707992

.....
Odpovědný pracovník:

.....
Převzal:

Originál + kopie: COS - přístrojová 18.6.07

Objednávka č. OV07001417 (vydaná)

Objednatel: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo náměstí 2 674 01 Třebíč IČ: 00839396 DIČ: CZ00839396	Dodavatel: Meditech s.r.o. Svatopetrská 7 617 00 Brno IČ: 60707992 DIČ: CZ60707992
---	--

Datum vystavení objednávky: 25.04.2007
Datum dodání:
Místo dodání: N-TR COS
Způsob dodání: poštou nebo spedicí
Způsob platby: PP
Způsob objednání: písemná objednávka společně se zbožím poštou

Předmět: Oprava lapar.kamery Meditronic CA40 - COS

Objednáváme opravu lapar.kamery Meditronic CA40, výr.č. 400025, inv.č. 6097, pro Centrální operační sály Nemocnice Třebíč, p.o.

Závada: vadný kabel.

Vyřizuje: Jarmila Cabáková
Vedoucí stroj. tech. odd.
Tel.: +420 568 809 328
Fax: +420 568 809 380
E-mail: jarmila.cabakova@nem-tr.cz
Účet: 45

Schválil:

NEMOCNICE TŘEBÍČ, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 2, 674 01 Třebíč
IČ: 00839396
č. ú.: 12338-711/0100 32

