

**Zdravotnické prostředky náležící do skupiny:**

„Iktová centra“ - standardní vybavení specializovaných pracovišť IC specifikovaného 8. Výzvou MZ ČR pro IOP.

**ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY POŘIZOVANÉ V RÁMCI 8. VÝZVY IOP - IKTOVÁ CENTRA**

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace		Doporučený počet podle standardu	Stávající stav	Cílový stav počtu požadovaného	Poznámka
1	Lůžko resuscitační vybavené (lůžko, matrace, monitor s elektroencefalografickým (EEG) modulem, ventilátor, infuzní technika, odsávačka)	max. 2	0	2	
2	Lůžko JIP vybavené (lůžko, matrace, monitor s elektroencefalografickým (EEG) modulem, ventilátor, infuzní technika, odsávačka)	max. 6	4	6	obměna
3	Multidetektorový CT přístroj (max. 64 řezů)	1	2	0	
4	Transportní lůžko (transportní lůžko, monitor, ventilátor, infuzní technika)	max. 1	1	1	obměna
5	Ventilátor pro neinvazivní i invazivní umělou plicní ventilaci (UPV)	max. 2	1	2	
6	Přístroj pro řízenou mírnou hypotermii	max. 1	0	1	
7	Monitor vitálních funkcí včetně 4 kanálové elektroencefalografie (4CH EEG)	1	0	1	
8	Centrální stanice pro monitoring vitálních funkcí	1	1	1	obměna
9	Video-okulografický systém 3D vč. vyhodnocovací stanice	max. 1	0	1	
10	Biochemický analyzátor	1	1	0	
11	Přístroj na měření funkce krevních destiček	1	1	0	
12	Defibrilátor s monitorem a externí stimulací	1	1	1	obměna
13	Transkraniální ultrazvuk	1	1	1	obměna
14	Ultrazvukový přístroj pro vaskulární vyšetřování s kontrast. látkou	1	0	1	
15	Přístroj pro neinvazivní monitorování hemodynamiky (Lidco)	max. 1	0	1?	
16	Kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a propioceptivní stimulaci	1	0	1	
17	Přístroj pro funkční terapii horní končetiny s motivační zpětnou vazbou	1	0	1	
18	Přístrojové vybavení pro reedukaci postury a lokomoce: Přístroj pro cílený lokomoční trénink s motorickým pohybem v kyčelních a kolenních kloubech, nebo dynamický chodník pro nácvik chůze s integrovanými tlakovými senzory a posturografický systém.	1	0	1	
19	Přístroje pro trénink pohybu paret. končetin - motodlahy, motomed (pro horní a dolní končetiny)	1	0	1	HK i DK
20	Vířivky horních a dolních končetin	Max. 3	1	2	