

MUDr. Lukáš Kettner
vedoucí odboru zdravotnictví
Věžní 26
586 01 Jihlava

Váš dopis značky / ze dne:

Číslo jednací:

Vyřizuje / telefon:
Hiršová / 567157616

V Jihlavě dne:
13.2.2013

Žádost o schválení investic pře schválením investičního plánu

Vážený pane doktore,

dovolujeme si Vás tímto požádat o schválení těchto havarijních investic:


Strojní investice (vyjma ICT)	převedený příděl z minulých let
Urodynamika (GYN) – havárie	360 000 Kč
Ultrazvuková čistička (CS) – havárie	177 000 Kč
Ultrazvuk (UROL) - havárie	1 400 000 Kč
Celkem	1 937 000 Kč

Jako zdroj krytí použijeme položku v investičním plánu 2012 - Havarijní stavy – rezerva, která byla k 31.12.2012 ve výši 9 965 976,- Kč

S pozdravem



MUDr. Lukáš Veleř
ředitel Nemocnice Jihlava



Příloha: karty investic

1.

URODYNAMIKA - HAVÁRIE (GYN + URL)

Předpokládaná cena

Předpokládaný termín plnění

360 000 Kč

únor 2013

Popis (funkce)

Systém má využití nejen při standardních urodynamických vyšetřeních v urogynekologii, ale i pro vyšetření subvezikální obstrukce v urologii, funkčních poruch dolních močových cest v pediatrii a neurologii.

Systém je dále využíván k provádění nejen standardní měření cystometrie a profilometrie, ale i kombinované metody s vyhodnocením statických i dynamických parametrů profilometrie, s výpočtem PQ studie včetně

všech současně užívaných vztahů typu PQ Plott (Abrams Griffith nomogram, PURR, LPURR, OBI, Chess Schaefer a dalších). S výhodou lze provádět i tlakové analýzy anorekta, které umožňují spolu s urodynamickými postupy komplexní analýzu funkce malé pánve.

Hodnocení investice

Stávající systém je neopravitelný.

2.

ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA (CS) HAVARIE

Předpokládaná cena

Předpokládaný termín plnění

177 000 Kč

únor 2013

Popis (funkce)

Ultrazvuková čistička s nuceným proplachem dutin. Používá se k čištění nástrojů na centrální sterilizaci pro operační výkony zejména dutých nástrojů.

Hodnocení investice

Stávající zařízení bylo v provozu 14 let a v současné době došlo k tak velkému opotřebení, že oprava by byla nerentabilní vzhledem k ceně nově pořizovaného zařízení.

3.

UZV pro urologii (HAVÁRIE)

Předpokládaná cena

Předpokládaný termín plnění

1 400 000 Kč

únor 2013

Popis (funkce)

Využívá se k vyšetření ledviny včetně kontrastního harmonického zobrazení kontrastními látkami pro rozlišení ložiskových změn v parenchymu, perkutánní nefrostomie, úvod do perkutánních operací typu litotrypse

Ke kontrole peroperačních nálezů i pooperačních výsledků včetně možnosti připojení laparoskopických a peroperačních snímačů; zde je vyžadována podpora kontrastního harmonického zobrazení, vyšetření měchýře se zaměřením na vysoké rozlišení, testování jet efektu jako snímky kvality pasáže moči horními močovými cestami, možnost měření síly stěny měchýře.

- kvalitní a úplné vyšetření prostaty, a to zejména transrektálním přístupem

- kontrolu punkčních biopsií

- kontrola saturačních biopsií prostaty

- podpora řízení brachyterapie, digitální spojení s aparaturami pro plánování a dozimetrii brachyterapie karcinomu prostaty

- vyšetření malých částí s velmi vysokým rozlišením

- vyšetření uretry snímači s vysokým rozlišením k detekci spongiofibrozy

- vyšetření skróta, varlete a nadvarlete včetně cév

Hodnocení investice

Stávající UZV bylo vyřazeno z provozu servisním technikem nedodržením předepsaných parametrů, pro systém již nejsou k dispozici náhradní díly.

